



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Саратовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 64.01.02.000.М.000449.06.25 ОТ 30.06.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работы с источником физического фактора воздействия на человека (ионизирующее излучение) согласно приложению.

Общество с ограниченной ответственностью "ДЕНТАЛЬ - ЛЮКС" 410012, Саратовская область, город Саратов, улица им. Разина С.Т., дом 52, помещение 8 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "ДЕНТАЛЬ - ЛЮКС" 410012, Саратовская область, город Саратов, улица им. Разина С.Т., дом 52, помещение 8 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ () ☒ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"; СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)"; СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 7457 от 19.06.2025 г., протокол дозиметрического контроля № 2713 Р от 16.06.2025 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области".

Заключение действительно до 30.06.2030 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3743258

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Саратовской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 64.01.02.000.М.000449.06.25 ОТ 30.06.2025 г.

Условия работы с источником физического фактора воздействия на человека (ионизирующее излучение)

1. Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДЕНТАЛЬ- ЛЮКС"; Саратовская область, город Саратов, улица им. Разина С.Т., д.52 А, помещение 8 (Российская Федерация).
2. Министерство, ведомство -
3. Вышестоящая (непосредственная над организацией) организация -
4. Подразделение организации, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение - рентгенодиагностический кабинет.
5. Должностное лицо, ответственное за радиационную безопасность на объекте - врач-рентгенолог Атрошенко Е.С. (приказ №4 от 02.03.2020г.)
6. Разрешаются работы с ИИИ
Эксплуатация, хранение ИИИ:

Рентгенодиагностический кабинет с аппаратом рентгеновский цифровой стоматологическим диагностическим "Point 3D Combi" зав. № PC5S-EFS010C18 г.в. 2019 расположен на первом этаже двухэтажного нежилого здания по адресу: 413100 Саратовская область, город Энгельс, пл. Ленина, д.32, помещение 1.
Технические характеристики аппарата рентгеновского стоматологического диагностического Point 3D Combi : анодное напряжение-50-70 кВ, ток трубки- 4-16 мА.

Вид и характер работ - рентгенодиагностика (эксплуатация и хранение).

7. Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано на основании: Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" № 7457 от 19.06.2025 г., протокол дозиметрического контроля № 2713 Р от 16.06.2025 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области".

Срок действия до 30.06.2030 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№0538791