



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.РЦ.10.000.М.000429.05.24 ОТ 16.05.2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению

Рентгенодиагностический кабинет ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС", 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Оборона, 426, офис 411 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС", 410012, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛ. ИМ РАЗИНА С.Т., Д. 52, ПОМЕЩ. 8 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523 - 09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №01.4-06/2598 от 16.04.2024г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области", протоколы лабораторных испытаний №3173 от 21.11.2023г., №3174 от 21.11.2023г. ЛРК ООО "ВитаРент".

AT5374504

Заключение действительно до 15.05.2029 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3616588



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 61. РЦ.10.000.М.000429.05.24 ОТ 16.05.2024 г.

Эксплуатация, в т.ч. хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих)

1. Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС».
2. Адрес юридический: 410012, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛ. ИМ РАЗИНА С.Т., Д. 52, ПОМЕЩ. 8; адрес фактический: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Оборона, 426, офис 411.
3. Подразделение учреждения, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение: рентгенодиагностический кабинет.
4. Должностное лицо ответственное за радиационную безопасность: директор Лезников Р.Л., приказ №1 от 16.09.2023г.

Вид и характер ИИИ	Вид и характер работ	Место проведения работ	Ограничительные условия
1. Работы с открытыми ИИИ	Не проводятся	-	-
2. Работы с закрытыми ИИИ	Не проводятся	-	-
3. Работы с генерирующими ИИИ: - система торговой марки KAVO стоматологическая рентгеновская панорамная цифровая, стационарная «ORTHOPANTOMOGRAPH OP 3D Pro» тип OP300-1, зав.№IE2210073, (90кВ), год выпуска 2022, год установки 2024.	Эксплуатация, в т.ч. хранение (рентгенологические исследования)	Рентгенодиагностический кабинет, стоматологическая клиника 4 этаж	При соблюдении дозиметрического контроля
4. Другие работы с ИИИ.	Не проводятся	-	-

Действительно до: 15.05.2029г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0351766