



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 34.12.01.000.М.001425.12.24 от 03.12.2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение): эксплуатация и хранение аппарата рентгеновского медицинского: по приложению

Рентгеностоматологический кабинет ООО "Денталь-Люкс", фактический адрес по приложению.
(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Денталь-Люкс", 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. 52, помещ. 8 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.6.1.2891-11

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" № 605 от 18.11.2024г.



Заключение действительно до 03.12.2029 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3640949



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 34.12.01.000.M.001425.12.24 ОТ 03.12.2024 г.

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение): эксплуатация и хранение аппарата рентгеновского медицинского

Рентгеностоматологический кабинет ООО "Денталь-Люкс", Волгоградская область, городской округ город-герой Волгоград, город Волгоград, улица им. Роковского, дом 62 (в нежилом помещении, на третьем этаже, трехэтажного нежилого здания, комната № 53).

Аппарат рентгеновский цифровой панорамный Green X 18 с функцией компьютерного томографа и цефалостата, модель РНТ-75CHS, производство Корея, заводской № 085-001491, год выпуска 2023, с анодным напряжением на рентгеновской трубке 90 кВ.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0362907