



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **63.СЦ.06.000.М.001414.08.25** от **21 августа 2025 года**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (согласно приложению): **ООО «ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС»: 443111, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Московское шоссе, д. 81А/ул. 22 Партсъезда, д. 193, часть ком. № 10, 9, 11, 13.**

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС»: 410012, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛ. ИМ РАЗИНА С.Т., Д. 52, ПОМЕЩ. 8.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 070825-01 от 07.08.2025, выданное ООО «Центр Измерений и Экспертиз» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710172).

Заключение действительно до

21.08.2030



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3714674



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 63.СЦ.06.000.М.001414.08.25 ОТ 21 августа 2025 года

1. Организация: ООО «ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС»

2. Подразделение организации (объект), получающее санитарно-эпидемиологическое заключение:
443111, Самарская область, г. Самара, Промышленный район,
ул. Московское шоссе, д. 81А/ул. 22 Партсъезда, д. 193, часть ком. № 10, 9, 11, 13.

3. Разрешаются работы с ИИИ

Вид и характеристика ИИИ:

(Рентгеновский кабинет)

- Аппарат рентгеновский цифровой панорамный Green 16 с функцией компьютерного томографа
и цефалостатом с принадлежностями РНТ-65LHS зав. № 068-004573, 2024 г.в.

Максимальное анодное напряжение – 99 кВ.

Максимальный анодный ток – 16 мА.

Вид и характер работ: Рентгенодиагностика

Место проведения работ:

443111, Самарская область, г. Самара, Промышленный район,
ул. Московское шоссе, д. 81А/ул. 22 Партсъезда, д. 193, часть ком. № 10, 9, 11, 13.

Ограничительные условия:

1. Инструкция по РБ, ИЭ и ТО.

2. Проведение индивидуальной дозиметрии персонала.

3. Применение индивидуальных и коллективных средств защиты.

4. Контроль эффективных доз облучения пациентов МУ 2.6.1.2944-11.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0536666