



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **63.СЦ.04.000.М.000144.02.26** от **02 февраля 2026 года**
взамен **63.СЦ.04.000.М.001403.08.25** от **19 августа 2025 года**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности (согласно приложению)

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС»

**443111, Самарская область, город Самара, Промышленный район, ул. Московское шоссе, д. 81А/
ул. 22 Партсъезда, д. 193, 1 этаж, часть ком. № 10, часть ком. № 13, ком. № 9, ком. № 11**

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС»

**410012, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛ. ИМ РАЗИНА С.Т., Д. 52, ПОМЕЩ. 8
ОГРН: 1026402663210, ИНН: 6452078853**

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 080825-01 от 08.08.2025, выданное органом инспекции ООО «Центр Измерений и Экспертиз» (Аттестат аккредитации № RA.RU.710172 от 14 ноября 2016)

Заключение действительно до

бессрочно

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3715701





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ **63.СЦ.04.000.М.000144.02.26** от **02 февраля 2026 года**

взамен 63.СЦ.04.000.М.001403.08.25 от 19 августа 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС»
443111, Самарская область, город Самара, Промышленный район, ул. Московское шоссе, д. 81А/
ул. 22 Партсъезда, д. 193, 1 этаж, часть ком. № 10, часть ком. № 13, ком. № 9, ком. № 11

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Работы (услуги), указанные в приложениях к Положению о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности), осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково", утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. N 852 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности), осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково" и признании утратившей силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"	Виды медицинской помощи	Условия оказания медицинской помощи
по рентгенологии	первичная доврачебная медико-санитарная помощь первичная специализированная медико-санитарная помощь	амбулаторно амбулаторно

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0673355





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 63.СЦ.06.000.М.000223.02.26 от 19 февраля 2026 года
Взамен ранее выданного № 63.СЦ.06.000.М.001414.08.25 от 21 августа 2025 г.

1. Организация: ООО «ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС»

2. Подразделение организации (объект), получающее санитарно-эпидемиологическое заключение: 443111, Самарская область, город Самара, Промышленный район, ул. Московское шоссе, д. 81А/ул. 22 Партсъезда, д. 193, 1 этаж, часть ком. № 10, часть ком. № 13, ком. № 9, ком. № 11.

3. Разрешаются работы с ИИИ
Вид и характеристика ИИИ:

(Рентгеновский кабинет)

- Аппарат рентгеновский цифровой панорамный Green 16 с функцией компьютерного томографа и цефалостатом с принадлежностями РНТ-65LHS зав. № 068-004573, 2024 г.в.
Максимальное анодное напряжение – 99 кВ.
Максимальный анодный ток – 16 мА.

Вид и характер работ: Рентгенодиагностика

Место проведения работ:

443111, Самарская область, город Самара, Промышленный район, ул. Московское шоссе, д. 81А/ул. 22 Партсъезда, д. 193, 1 этаж, часть ком. № 10, часть ком. № 13, ком. № 9, ком. № 11.


Ограничительные условия:

1. Инструкция по РБ, ИЭ и ТО.
2. Проведение индивидуальной дозиметрии персонала.
3. Применение индивидуальных и коллективных средств защиты.
4. Контроль эффективных доз облучения пациентов МУ 2.6.1.2944-11.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0673574



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **63.СЦ.06.000.М.000223.02.26** от **19 февраля 2026 года**
Взамен ранее выданного № 63.СЦ.06.000.М.001414.08.25 от 21 августа 2025

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (согласно приложению):

ООО «ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС»: 443111, Самарская область, город Самара, Промышленный район, ул. Московское шоссе, д. 81А/ул. 22 Партсъезда, д. 193, 1 этаж, часть ком. № 10, часть ком. № 13, ком. № 9, ком. № 11.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС»: 410012, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛ. ИМ РАЗИНА С.Т., Д. 52, ПОМЕЩ. 8.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 070825-01 от 07.08.2025, выданное ООО «Центр Измерений и Экспертиз» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710172).

Заключение действительно до **21.08.2030 г.**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ **3715623**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Измерений и Экспертиз»

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: RA.RU.710172

Юридический адрес: 443070, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, ул. Песчаная, д. 1, литер АЗ, оф. 311
Адрес места осуществления деятельности: 443070, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Песчаная ул, д. 1, оф. 311, кабинеты 75, 76, 77
ИНН 6311151846; ОГРН 1146311002980 тел.: 8 (846) 991-77-51 <http://centerexpertiz.ru>, e-mail: info@centerexpertiz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ООО «ЦИЭ»

Соколов М.А.

2025 г.

№ 07-08



МП

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 070825-01 от 07.08.2025г.

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие условий работы с источниками ионизирующего излучения (генерирующими) – эксплуатация, хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих) с использованием источника ионизирующего излучения (генерирующего) – аппарата рентгеновского цифрового панорамного Green 16 с функцией компьютерного томографа и цефалостатом с принадлежностями РНТ-65LHS, год выпуска: 2024; зав. номер: 068-004573 в Обществе с ограниченной ответственностью «ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС» по адресу: 443111, Самарская область, город Самара, Промышленный район, ул. Московское шоссе, д. 81А/ул. 22 Партсъезда, д. 193, 1 этаж, часть ком. № 10, часть ком. № 13, ком. № 9, ком. № 11.

(вид, объект инспекции)

Даты проведения инспекции: с 04.08.2025г. по 07.08.2025г.

1. Заявитель: ООО «ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС» по адресу: 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. им Разина С.Т., дом 52, пом. 8. ИНН 6452078853 ОГРН 1026402663210

2. Основание для проведения инспекции: заявка № 17-07-09 от 17.07.2025г

3. Состав материалов, представленных на инспекцию:

- Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
- Выписка из реестра лицензий на медицинскую деятельность;
- Копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР).
- Копия паспорта на аппарат рентгеновский цифровой панорамный Green 16 с функцией компьютерного томографа и цефалостата.
- Копии технического паспорта рентгеновского кабинета с рентгеновским аппаратом выданный РРО «СОКБ имени В.Д. Середавина» № 151/25 от 10.07.2025г.
- Копия протокола первичных испытаний медицинского рентгеновского оборудования № 25-315-1 от 08.07.2025г., выполненные ЛПК ООО «Эксперт-РК». (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21AO71))
- Копии протокола исследований (испытаний) радиационного контроля № 25-315-2 от 08.07.2025г., выполненные ЛПК ООО «Эксперт-РК». (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21AO71))
- Проект размещения аппарата рентгеновского цифрового панорамного Green 16 с функцией компьютерного томографа в рентгенодиагностическом кабинете ООО

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Измерений и Экспертиз»
Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: RA.RU.710172

Юридический адрес: 443070, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, ул. Песчаная, д. 1, литера А3, оф. 311
Адрес места осуществления деятельности: 443070, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Песчаная ул, д. 1, оф. 311, кабинеты 75, 76, 77
ИНН 6311151846; ОГРН 1146311002980 тел.: 8 (846) 991-77-51 <http://centerexpertiz.ru>, e-mail: info@centerexpertiz.ru

- «Денталь-Люкс» по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 81А, выполнен ООО «ДИОРИТ ПРОЕКТ» 443001, Самарская область, г. Самара, улица Ленинская, д.200, офис Н14, ИНН 6315660474; ОГРН 1146315005990 (лицензия на размещение источников ионизирующего излучения, проектирование средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения № 77.99.15.002.Л.000098.10.14 от 27.10.2014, выданной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) с Копией экспертного заключения № 44928 от 11.11.2024г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (Уникальный номер записи в РАЛ № RA.RU.710072));
- Копии паспортов на защитный фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОг-«Р-К» - 5, производитель ООО «Спецмедприбор» от сентября 2023, 2024г и 2025г, воротник защитный, производитель ООО «Спецмедприбор» от сентября 2023.
 - Копия паспорта на дверь рентгенозащитную 2,0 Pb, производитель ООО ТПФ «Полос»
 - Копии технического отчета с протоколами измерения сопротивления заземляющего устройства от 16.06.2025г., выполненные электротехнической лабораторией ИП Тулупников Б.Ю. Свидетельство о регистрации электролаборатории № 53-071-24 от 27.12.24г.
 - Копия договора на обслуживание медицинского оборудования № РО137/25Л от 30.05.2025г. с ООО «Медресурс» (Лицензия № Л016-00110-77/00563795);
 - Копия акта проверки эффективности вентиляции № б/н от 18.12.2024г., выполненный ООО «ДИОРИТ ПРОЕКТ».
 - Копия протокола измерений микроклимата № 25-315-3 от 08.07.2025г., выполненные ЛРК ООО «Эксперт-РК». (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21A071))
 - Копия протокола измерений освещенности № 25-315-4 от 08.07.2025г., выполненные ЛРК ООО «Эксперт-РК». (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21A071))
 - Копия приказа № 5 от 10.07.2025г об отнесении к персоналу группы «А» - 1 человек.
 - Копия приказа № 4 от 10.07.2025г о назначении лиц, ответственных за радиационную безопасность, учет и хранение рентгеновских аппаратов, производственный радиационный контроль в учреждении.
 - Копия приказа № 6 от 10.07.2025г об установлении контрольного уровня параметров радиационной обстановки по учреждению.
 - Копия акта освидетельствования скрытых работ от 17.06.2025г, выданный ООО ПП «Самарская Усадьба».
 - Копия заключительного акта медицинского осмотра от 2025г.
 - Копия удостоверения о повышении квалификации персонала по программе «Дополнительного профессионального образования повышения квалификации по радиационной безопасности и радиационному контролю персонала при работе с источниками ионизирующего излучения» выданный в 2025 году.

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Измерений и Экспертиз»

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: RA.RU.710172

Юридический адрес: 443070, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, ул. Песчаная, д. 1, литера АЗ, оф. 311

Адрес места осуществления деятельности: 443070, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Песчаная ул, д. 1, оф. 311, кабинеты 75, 76, 77

ИНН 6311151846; ОГРН 1146311002980 тел.: 8 (846) 991-77-51 <http://centerexpertiz.ru>, e-mail: info@centerexpertiz.ru

- Копия программы производственного контроля за радиационной безопасностью.
- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
- Инструкция по радиационной безопасности в учреждении.
- Карточки персонального учета доз облучения персонала.
- Журнал учета результатов индивидуального дозиметрического контроля.
- Контрольно - технический журнал.
- Лист учета доз облучения пациентов.
- Копия договора на проведение индивидуального дозиметрического контроля № 181 от 10.06.2025г. с ООО «Эксперт-РК».

- Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 040825-0935А от 04.08.2025г.

Ответственность за достоверность предоставленных материалов несёт Заказчик.

4. Должность, фамилия инспектора ОИ: Заместитель технического директора/врач по общей гигиене Артемьев Максим Владимирович.

5. Нормативные документы, на основании которых выдано экспертное заключение:

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»,

СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения».

СанПин 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»;

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009)

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводится для установления соответствия/несоответствия санитарным правилам условий выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источника ионизирующего излучения – эксплуатация, хранение рентгеновского аппарата:- аппарата рентгеновского цифрового панорамного Green 16 с функцией компьютерного томографа и цефалостатом с принадлежностями РНТ-65LHS, год выпуска: 2024; зав. номер: 068-004573 в Обществе с ограниченной ответственностью «ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС» по адресу: 443111, Самарская область, город Самара, Промышленный район, ул. Московское шоссе, д. 81А/ул. 22 Партсъезда, д. 193, 1 этаж, часть ком. № 10, часть ком. № 13, ком. № 9, ком. № 11

В рентгеновском кабинете размещен аппарат рентгеновский цифровой панорамный Green 16 с функцией компьютерного томографа и цефалостатом с принадлежностями РНТ-65LHS,

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Измерений и Экспертиз»

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: RA.RU.710172

Юридический адрес: 443070, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, ул. Песчаная, д. 1, литера А3, оф. 311

Адрес места осуществления деятельности: 443070, РОССИЯ, Самарская обл. Самара г. Песчаная ул. д. 1, оф. 311, кабинеты 75, 76, 77
ИНН 6311151846; ОГРН 1146311002980 тел.: 8 (846) 991-77-51 <http://centerexpertiz.ru>, e-mail: info@centerexpertiz.ru

год выпуска: 2024; зав. номер: 068-004573. На аппарат представлено регистрационное удостоверение, что соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 п.2.7..

Рабочий режим аппарата рентгеновского цифрового панорамного Green 16 с функцией компьютерного томографа и цефалостатом с принадлежностями РНТ-65LHS, год выпуска: 2024; зав. номер: 068-004573. максимальное анодное напряжение 99кВ, максимальный анодный ток – 16мА.

Аппарат рентгеновский цифровой панорамный Green 16 с функцией компьютерного томографа и цефалостатом размещен согласно проекта размещения аппарата рентгеновского цифрового панорамного Green 16 с функцией компьютерного томографа в рентгенодиагностическом кабинете ООО «Денталь-Люкс» по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 81А, выполнен ООО «ДИОРИТ ПРОЕКТ» 443001, Самарская область, г. Самара, улица Ленинская, д.200, офис Н14, ИНН 6315660474; ОГРН 1146315005990 (лицензия на размещение источников ионизирующего излучения, проектирование средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения № 77.99.15.002.Л.000098.10.14 от 27.10.2014, выданной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека). На проект выдано экспертное заключение № 44928 от 11.11.2024г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (Уникальный номер записи в РАЛ № RA.RU.710072)). Согласно представленных данных, защита дверей и окон представлена изделиями со следующими свинцовыми эквивалентами:

Дверь в процедурную	Согласно проекта
2,0 Рб	1,98 Рб
стены	Согласно проекта
Свинцовые листы 1,0-2,0 Рб	0,57-1,73 Рб

Согласно акта освидетельствования скрытых работ от 17.06.2025г, выданный ООО ПП «Самарская Усадьба», на стенах был произведен монтаж свинцовых листов Рб 1, 1,5, 2,0. Согласно проекту требовалась защита Рб 0,57, 1,13, 1,69, 1,73.

Состав и площади рентгеновского кабинета по данным технического паспорта:

- ◆процедурная – 8,7 кв.м.,
- ◆комната персонала,
- ◆холл с рецепцией,

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Измерений и Экспертиз»
Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: RA.RU.710172

Юридический адрес: 443070, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, ул. Песчаная, д. 1, литера А3, оф. 311
Адрес места осуществления деятельности: 443070, РОССИЯ, Самарская обл. Самара г. Песчаная ул, д. 1, оф. 311, кабинеты 75, 76, 77
ИНН 6311151846; ОГРН 1146311002980 тел.: 8 (846) 991-77-51 <http://centerexpertiz.ru>, e-mail: info@centerexpertiz.ru

Состав и площади рентгеновского кабинета соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 приложение 5 таб.1,2.

Высота помещений рентгеновского кабинета 3,4 м, обеспечивает функционирование оборудования и соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 п.3.11.

Смежные с процедурной рентгеновского кабинета помещения по данным технического паспорта: под кабинетом – подвал, над кабинетом – торговый зал, по горизонтали слева направо – коридор, офисное помещение, комната персонала, холл с рецепцией.

Внутренняя отделка помещений рентгеновского кабинета соответствует их функциональному назначению: стены окраска, потолок подвесной типа «Армстронг», на полу керамическая плитка. Поверхности стен, потолка и пола ровные, гладкие, легко доступные для влажной уборки и устойчивые к действию дезинфицирующих средств. Внутренняя отделка помещений рентгеновского кабинета обеспечивает многократную влажную уборку, что соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 п.3.14-3.16.

Двери рентгеновского кабинета открываются по ходу эвакуации, что соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 п.3.26. Над дверью кабинета установлено световое табло «Не входить», которое автоматически включается при включении высокого напряжения, что соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 п.3.20.

Рабочее место персонала и пульт управления аппаратом размещены в коридоре за рентгенозащитной дверью. Для обеспечения наблюдения за состоянием пациента, установлено устройство громкоговорящей двухсторонней связи с видеонаблюдением, что соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 п.3.21.

В процедурной рентгеновского кабинета установлена раковина с подводом холодной и горячей воды, что соответствует п.3.30 СанПиН 2.6.1.1192-03.

Процедурная рентгеновского кабинета находится на первом этаже нежилого здания ТРК «Парк Хауз». Окна в помещениях рентгеновского кабинета отсутствуют. Установлен бактерицидный облучатель. Освещение искусственное, представлена копия протокола по результатам лабораторных испытаний параметров освещенности № 25-315-4 от 08.07.2025г., выполненные ЛРК ООО «Эксперт-РК». (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21A071)), где фактические значения нормируемых величин соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 приложение 6 таб.3.

Вентиляция в рентгеновском кабинете автономная приточно-вытяжная. При визуальном

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Измерений и Экспертиз»

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: RA.RU.710172

Юридический адрес: 443070, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, ул. Песчаная, д. 1, литера А3, оф. 311

Адрес места осуществления деятельности: 443070, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Песчаная ул, д. 1, оф. 311, кабинеты 75, 76, 77
ИНН 6311151846; ОГРН 1146311002980 тел.: 8 (846) 991-77-51 <http://centerexpertiz.ru>, e-mail: info@centerexpertiz.ru

осмотре в процедурной приток осуществляется в верхнюю зону, вытяжка из верхней и нижней зон. Представлена копия акта проверки эффективности вентиляции № б/н от 18.12.2024г., выполненный ООО «ДИОРИТ ПРОЕКТ», поверка проводилась поверенным оборудованием, и измерений микроклимата № 25-315-4 от 08.07.2025г., выполненные ЛРК ООО «Эксперт-РК». (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21A071)), где фактические значения нормируемых величин соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 приложение 6 таб. 1.

В рентгеновском кабинете установлены штепсельные розетки (евростандарт) с заземляющим контактом и устройством защитного отключения, а также контур повторного заземления, что соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 п.10.5. Представлена копия Копии технического отчета с протоколами измерения сопротивления заземляющего устройства от 16.06.2025г., выполненные электротехнической лабораторией ИП Тулупников Б.Ю. Свидетельство о регистрации электролаборатории № 53-071-24 от 27.12.24г, где сопротивление связи с контуром защитного заземления соответствуют нормативной документации.

Из средств защиты в рентгеновском кабинете имеются: защитный фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт-«Р-К» - 5, производитель ООО «Спецмедприбор» от сентября 2023, 2024г и 2025г, воротник защитный, производитель ООО «Спецмедприбор» от сентября 2023. Номенклатура средств защиты соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 приложение 8.

Количество рабочих мест персонала группы «А» - 1чел. (Копия приказа № 5 от 10.07.2025г об отнесении к персоналу группы «А» -1чел.) Приказом № 4 от 10.07.2025г назначен ответственный за радиационную безопасность. Персонал группы «А» прошел обучение на цикле повышения квалификации по радиационной безопасности в 2025г.

Администрацией представлено Заключение периодического медицинского осмотра от 2025г. Персонал группы «А» допущен к работе с источником ионизирующего излучения (генерирующим).

Представлена Инструкция по охране труда и технике безопасности сотрудников рентгеновского кабинета. В инструкции указаны действия персонала в аварийных ситуациях и разработан план мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций.

С персоналом проводился первичный и текущий инструктажи, о чем свидетельствуют записи в журнале инструктажа.

Рентгеновский кабинет имеет действующий технический паспорт, выданный рентгенора-

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Измерений и Экспертиз»

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: RA.RU.710172

Юридический адрес: 443070, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, ул. Песчаная, д. 1, литера А3, оф. 311

Адрес места осуществления деятельности: 443070, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Песчаная ул, д. 1, оф. 311, кабинеты 75, 76, 77

ИНН 6311151846; ОГРН 1146311002980 тел.: 8 (846) 991-77-51 <http://centerexpertiz.ru>, e-mail: info@centerexpertiz.ru

диологическим отделением ГБУЗ «СОКБ им.В.Д.Середавина» № 151/25 от 10.07.2025г.

Представлена копия протокола первичных испытаний медицинского рентгеновского оборудования № 25-315-1 от 08.07.2025г., выполненные ЛРК ООО «Эксперт-РК». (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21A071)). В результате проверки эксплуатационных параметров установлено, что аппарат соответствует требованиям санитарных правил и нормативной документации: Приложение 10 СанПиН 2.6.1.1192-03 и МУ 2.6.1.2944-11.

Проведено измерение качества защиты помещения рентгеновских кабинетов, представлена копия протокола исследований (испытаний) радиационного контроля, № 25-315-2 от 08.07.2025г., выполненные ЛРК ООО «Эксперт-РК». (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21A071))

По результатам проведённых дозиметрических измерений эффективная мощность дозы рентгеновского излучения на рабочем месте и на наружной поверхности ограждающих конструкций смежных с рентгеновскими кабинетами помещений не превышает допустимой мощности дозы (ДМД).

Индивидуальные дозы пациентов регистрируются в журнале учета рентгенологических исследований и листах учета дозовых нагрузок на пациентов, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1192-03 п.7.6.

Администрацией учреждения представлена копия договора на техническое обслуживание медицинской рентгеновской техники. Представлен контрольно-технический журнал.

Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы А будет проводиться постоянно с регистрацией результатов измерений один раз в квартал, по договору на оказание услуг по проведению индивидуального дозиметрического контроля персонала, работающего с ИИИ (источниками ионизирующего излучения).

7. Дополнительные сведения: -

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения: эксплуатация, хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих) с использованием источника ионизирующего излучения (генерирующего) – аппарата рентгеновского цифрового панорамного Green 16 с функцией компьютерного томографа и цефалостатом с принадлежностями РНТ-65LHS, год выпуска: 2024; зав. номер: 068-004573 в Обществе с ограниченной ответственностью «ДЕНТАЛЬ-

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Измерений и Экспертиз»

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: RA.RU.710172

Юридический адрес: 443070, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, ул. Песчаная, д. 1, литера АЗ, оф. 311

Адрес места осуществления деятельности: 443070, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Песчаная ул, д. 1, оф. 311, кабинеты 75, 76, 77

ИНН 6311151846; ОГРН 1146311002980 тел.: 8 (846) 991-77-51 <http://centerexpertiz.ru>, e-mail: info@centerexpertiz.ru

ЛЮКС» по адресу: 443111, Самарская область, город Самара, Промышленный район, ул. Московское шоссе, д. 81А/ул. 22 Партсъезда, д. 193, 1 этаж, часть ком. № 10, часть ком. № 13, ком. № 9, ком. № 11 в Обществе с ограниченной ответственностью «ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС» по адресу: 443111, Самарская область, город Самара, Промышленный район, ул. Московское шоссе, д. 81А/ул. 22 Партсъезда, д. 193, 1 этаж, часть ком. № 10, часть ком. № 13, ком. № 9, ком. № 11 установлено, что объект экспертизы:

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям:

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения».
- СанПин 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»;
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009)
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».

Работник(и) ОИ, проводившие инспекцию:

**Заместитель технического директора/
Врач по общей гигиене**


_____ **Артемьев М.В.**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Измерений и Экспертиз»

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: RA.RU.710172

Юридический адрес: 443070, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, ул. Песчаная, д. 1, литера АЗ, оф. 311
Адрес места осуществления деятельности: 443070, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Песчаная ул, д. 1, оф. 311, кабинеты 75, 76, 77
ИНН 6311151846; ОГРН 1146311002980 тел.: 8 (846) 991-77-51 <http://centerexpertiz.ru>, e-mail: info@centerexpertiz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ООО «ЦИЭ»

Соколов М.А.

2025 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 080825-01 от 08.08.2025г.

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления медицинской деятельности в Обществе с ограниченной ответственностью «ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС» по адресу: 443111, Самарская область, город Самара, Промышленный район, ул. Московское шоссе, д. 81А/ул. 22 Партсъезда, д. 193, 1 этаж, часть ком. № 10, часть ком. № 13, ком. № 9, ком. № 11.

(вид, объект инспекции)

Даты проведения инспекции: с 04.08.2025г. по 08.08.2025г.

1. Заявитель: ООО «ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС» по адресу: 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. им Разина С.Т., дом 52, пом. 8. ИНН 6452078853 ОГРН 1026402663210

2. Основание для проведения инспекции: заявка № 17-07-10 от 17.07.2025г

3. Состав материалов, представленных на инспекцию:

- Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе, по месту ее нахождения.
- Выписка из ЕГРЮЛ ФНС России.
- Копия Устава.
- Копия Выписки из ЕГРН;
- Копия договора аренды нежилого помещения № 1-1-10.1 от 22.08.2024г. с ООО «ФизРазвитие»;
- Копия технического плана помещений объекта;
- Номенклатура заявленных видов медицинской деятельности.
- Сведения об оснащении медицинским оборудованием.
- Копия договора на вывоз ТКО;
- Копия договора на вывоз медицинских отходов класса Б и Г № МО-16 от 14.07.2025г. с ООО «Северный Альянс»;
- Копии договора на проведение работ по дезинфектологии (дезинсекция и дератизация) № 2024-02 от 04.12.2024г. с ИП Агафоновой О.М.
- Копия протокола измерений микроклимата № 25-315-3 от 08.07.2025г., выполненные ЛРК ООО «Эксперт-РК». (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21A071))
- Копия протокола измерений освещенности № 25-315-4 от 08.07.2025г., выполненные ЛРК ООО «Эксперт-РК». (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21A071))
- Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 040825-1040А от 04.08.2025г.

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Измерений и Экспертиз»

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: RA.RU.710172

Юридический адрес: 443070, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, ул. Песчаная, д. 1, литера АЗ, оф. 311

Адрес места осуществления деятельности: 443070, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Песчаная ул, д. 1, оф. 311, кабинеты 75, 76, 77

ИНН 6311151846; ОГРН 1146311002980 тел.: 8 (846) 991-77-51 <http://centerexpertiz.ru>, e-mail: info@centerexpertiz.ru

Ответственность за достоверность предоставленных материалов несёт Заказчик.

4. Должность, фамилия инспектора ОИ: Заместитель технического директора/ Врач по общей гигиене Артемьев Максим Владимирович.

5. Нормативные документы, на основании которых выдано экспертное заключение:

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

ООО «ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС» оказывает услуги в сфере медицины и здравоохранения.

Данная экспертиза проведена в связи с лицензированием видов деятельности.

Планируется осуществление медицинской деятельности:

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Работы (услуги), указанные в приложении к Положению о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. № 852 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"	Виды медицинской помощи	Условия оказания медицинской помощи
по рентгенологии	первичная доврачебная медико-санитарная помощь	амбулаторно
по рентгенологии	первичная специализированная медико-санитарная помощь	амбулаторно

Исследуемые медицинские кабинеты Медицинского центра ООО «ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС» расположены на первом этаже нежилого здания переменной этажности ТРК «Парк Хаус», по адресу: 443111, Самарская область, город Самара, Промышленный район, ул. Московское шоссе, д. 81А/ул. 22 Партсъезда, д. 193, 1 этаж, часть ком. № 10, часть ком. № 13, ком. № 9, ком. № 11.

Экспертное заключение № 080825-01

Составлено в 3 экземплярах и не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ООО «ЦИЭ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Измерений и Экспертиз»

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: RA.RU.710172

Юридический адрес: 443070, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, ул. Песчаная, д. 1, литера АЗ, оф. 311

Адрес места осуществления деятельности: 443070, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Песчаная ул, д. 1, оф. 311, кабинеты 75, 76, 77
ИНН 6311151846; ОГРН 1146311002980 тел.: 8 (846) 991-77-51 <http://centerexpertiz.ru>, e-mail: info@centerexpertiz.ru

Вход в помещения медицинской организации отделен от остальной части здания, что соответствует требованиям СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Согласно договора аренды нежилого помещения, общей площадью 38,0 кв.м. помещения передаются в аренду ООО «ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС» для размещения медицинского центра.

Режим работы – одна смена, с понедельника по пятницу.

Размещение медицинского центра ООО «ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС» не противоречит требованиям СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Заявленные виды деятельности предполагается осуществлять в следующих помещениях:

- Процедурная рентгениягностики, площадью 8,1 м²;
- Холл с рецепцией и рабочим местом рентгенлаборанта, площадью 11,2 м²;
- Комната персонала, площадью 4,4 м²;
- Санузел, для посетителей и персонала, общей площадью 5,1 кв.м.

Набор и площади помещений для осуществления заявленных видов деятельности достаточные и соответствуют требованиям СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая, выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 4.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

В соответствии с п. 4.2.1 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" архитектурно-планировочные и конструктивные решения помещений обеспечивают оптимальные условия для осуществления лечебно-диагностического процесса, соблюдения требований санитарно-противоэпидемического режима и труда медицинского персонала.

Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям п. 2.7, п. 4.3 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Измерений и Экспертиз»

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: RA.RU.710172

Юридический адрес: 443070, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, ул. Песчаная, д. 1, литера А3, оф. 311

Адрес места осуществления деятельности: 443070, РОССИЯ, Самарская обл. Самара г. Песчаная ул, д. 1, оф. 311, кабинеты 75, 76, 77

ИНН 6311151846; ОГРН 1146311002980 тел.: 8 (846) 991-77-51 <http://centerexpertiz.ru>, e-mail: info@centerexpertiz.ru

оказание услуг". Для внутренней отделки использованы материалы в соответствии функциональным назначением помещений. Поверхности стен полов и потолков гладкие, легко доступны для влажной уборки и устойчивы к обработке моющими и дезинфекционными средствами:

Во всем медицинском центре полы- керамическая плитка, стены - окраска, потолки – подвесные типа «Армстронг». В санузле полы- керамическая плитка, стены - керамическая плитка, потолки - подвесные типа «Армстронг».

Инженерные коммуникации здания предусматривают централизованное хозяйственно-питьевое холодное водоснабжение, отопление и канализацию, что соответствует требованиям п. 2.2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". В качестве источника горячего водоснабжения используется электроводонагреватель, что соответствует п. 4.4.2 СП 2.1.3678-20.

Согласно п. 4.4.5 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" в рабочем кабинете, в санузле, предусмотрена установка умывальников с подводкой горячей и холодной воды, оборудованных смесителями.

В рабочем кабинете предусмотрено искусственное освещение. Искусственное освещение представлено светодиодными лампами. Все осветительные приборы в рабочем состоянии и имеют защитную арматуру, предусматривающую их влажную очистку и предохраняющую органы зрения персонала от слепящего действия ламп, что соответствует требованиям п. 4.6.1 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

Вентиляция в кабинетах с механическим побуждением, что не противоречит требованиям п. 4.5.15, п. 4.5.16 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". В санузле, приток неорганизованный, вытяжка посредством автономной вытяжной системы вентиляции с механическим побуждением, что соответствует требованиям п.4.5.23 СП 2.1.3678-20

Помещения оборудованы стационарными устройствами для УФ-обеззараживания воздуха в присутствии людей, что соответствует требованиям п.3574 СанПиН 3.3686-21.

Организация обеспечена медицинским оборудованием имеется рентгеновская установка - Аппарат рентгеновский цифровой панорамный Green 16 с функцией компьютерного томографа и цефалостатом.

Нагревательные приборы в лечебных и подсобных помещениях представлены

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Измерений и Экспертиз»

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: RA.RU.710172

Юридический адрес: 443070, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, ул. Песчаная, д. 1, литера АЗ, оф. 311

Адрес места осуществления деятельности: 443070, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Песчаная ул, д. 1, оф. 311, кабинеты 75, 76, 77
ИНН 6311151846; ОГРН 1146311002980 тел.: 8 (846) 991-77-51 <http://centerexpertiz.ru>, e-mail: info@centerexpertiz.ru

металлическими радиаторами. Поверхность радиаторов гладкая, допускает легкую очистку, что соответствует требованиям СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Организация работы персонала по дезинфекции и стерилизации не противоречит требованиям СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Запасы используемых дез. средств в достаточном количестве. Емкости для дезинфекции выделены, промаркированы, имеют крышки. Используемые дезинфекционные средства имеют сертификаты соответствия, разрешены для использования.

Текущую дезинфекцию кабинетов планируется осуществлять 2 раза в сутки младшим медицинским персоналом, в соответствии с п. 3564 СанПиН 3.3686-21. Для уборки выделен отдельный инвентарь, хранение упорядочено в отдельном помещении. Генеральная уборка медицинских кабинетов проводится по графику и в соответствии с пп. 3561, 3562, 3563 СанПиН 3.3686-21).

Хранение личной и спецодежды раздельное. Персонал обеспечен специальной одеждой. Условия для соблюдения личной гигиены обеспечены: мыло, одноразовые полотенца у раковин имеются.

Сбор временное хранение и удаление отходов различных классов опасности осуществляется в соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20 и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Персонал прошел инструктаж по обращению с отходами, о чем имеются отметки в журнале инструктажа. На предприятии имеется утвержденная инструкция и схема по обращению с отходами, назначены ответственные, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Отходы класса «А» (бытовой мусор, бумага, смет и тп) собираются в одноразовые пакеты черного цвета, размещенные внутри многоразовых емкостей (баков, ведер) с крышкой, заполненные пакеты выносятся в контейнер, на контейнерную площадку ежедневно. Вывоз ТКО осуществляется по договору с региональным оператором Контейнерная площадка с твердым покрытием, имеет подъездные пути, ограждена. Контейнеры на мусоросборочной площадке с закрывающимися крышками исключают возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку, что соответствует требованиям п. 3, п. 9 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Измерений и Экспертиз»

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: RA.RU.710172

Юридический адрес: 443070, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, ул. Песчаная, д. 1, литера А3, оф. 311

Адрес места осуществления деятельности: 443070, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Песчаная ул, д. 1, оф. 311, кабинеты 75, 76, 77

ИНН 6311151846; ОГРН 1146311002980 тел.: 8 (846) 991-77-51 <http://centerexpertiz.ru>, e-mail: info@centerexpertiz.ru

Отходы класса «Б» собираются обученным персоналом. Смешивание отходов не допускается. Отходы класса «Б» собираются в местах их образования в одноразовые маркированные желтым цветом непрокальваемые емкости (контейнеры) и пакеты (для неострых отходов), заполненные дезраствором для проведения их химического обеззараживания в дезрастворе путем погружения и замачивания в соответствии с инструкцией по использованию, что соответствует СанПиН 2.1.3684-21. Емкости маркированы с указанием названия, концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

Хранение необеззараженных отходов класса «Б» на предприятии не допускается. Пересыпка отходов, их утилизация в емкости на предприятии не допускается, ручной разбор и разрушение шприцев не допускается. Надевание колпачков на иглы после инъекции не допускается. Указанное соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Отходы класса «Г» (отработанные бактерицидные и люминесцентные лампы) планируется собирать в герметичные металлические контейнеры (предоставленные специализированной организацией) с последующей утилизацией по договору.

Временное хранение отходов класса «Б» (обеззараженных) и «Г» предусмотрено в отдельно выделенном помещении (кладовой), до передачи их специализированной организации по договору для дальнейшей их утилизации, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21. Ведется технологический журнал учета образования и движения отходов, имеются акты выполненных работ по вывозу отходов, отходы вывозятся транспортом специализированной организации, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Одноразовые изделия после применения утилизируют в соответствии с требованиями к обращению с отходами, что соответствует п. 3582 СанПиН 3.3686-21.

Выполнение требований санитарных правил по проведению профилактических работ по дезинсекции и дератизации, регламентированных санитарными правилами и нормами, планируется осуществлять со специализированными организациями. В помещениях выполнены инженерно-технические и ремонтно-строительные мероприятия с целью обеспечения защиты от проникновения членистоногих и грызунов.

Согласно протоколу лабораторных измерений микроклимата № 25-315-3 от 08.07.2025г., выполненный ЛРК ООО «Эксперт-ПК». (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21AO71)) параметры микроклимата на исследуемых рабочих местах персонала не превышают гигиенических нормативов, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Согласно протоколу лабораторных измерений освещенности № 25-315-4 от 08.07.2025г., выполненные ЛРК ООО «Эксперт-ПК». (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21AO71)), выполненный ИЛ ООО «Центр Измерений и Экспертиз» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21.AB12, от 05.02.2015г.), освещенность на исследуемых рабочих местах персонала соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

7. Дополнительные сведения: -

Экспертное заключение № 080825-01

Составлено в 3 экземплярах и не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения ООО «ЦИЭ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Измерений и Экспертиз»

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: RA.RU.710172

Юридический адрес: 443070, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, ул. Песчаная, д. 1, литера АЗ, оф. 311

Адрес места осуществления деятельности: 443070, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Песчаная ул, д. 1, оф. 311, кабинеты 75, 76, 77
ИНН 6311151846; ОГРН 1146311002980 тел.: 8 (846) 991-77-51 <http://centerexpertiz.ru>, e-mail: info@centerexpertiz.ru

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления медицинской деятельности в Обществе с ограниченной ответственностью «ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС» по адресу: 443111, Самарская область, город Самара, Промышленный район, ул. Московское шоссе, д. 81А/ул. 22 Партсъезда, д. 193, 1 этаж, часть ком. № 10, часть ком. № 13, ком. № 9, ком. № 11.

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям:

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

Работник(и) ОИ, проводившие инспекцию:

**Заместитель технического директора/
Врач по общей гигиене**

_____ **Артемьев М.В.**

